ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Conforme exigência legal foram realizadas as pesquisas de mercado, chegando-se ao preço médio de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total

82 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

82 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1	Ultrassom Diagnostico sem Aplicação transesofágica. Equipamento transportável sobre rodizio com no mínimo de 22000 canais digitais de processamentos para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, Modo M, modo anatômico, Modo Power Doppler, Modo collor Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler contínuo. Modo 2D.console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Real/write. Imagem trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem harmônica de pulso invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo color, ambos em tempo real. Power Doppler direcional. Modo Doppler espectral. Modo Doppler continuo. Tissue Doppler imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacotes de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e analise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de analise automática em tempo real de curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-analise e procedimento. Possibilitar armazenar as imagens em movimentos. Cine loop e Cine loop Save. Pós-processamento da medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em português Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais. Banda larga HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, print, storage, storage/commitment, Worklist Query-Retrieve, MPPS (Modality performance procedure step), Structured Reporting). Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: transdutor convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; transdutor endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz: transdutor setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Acompanha impressora a laser colorida e no break compatível com o equipamento	und	1	145.441,80	145.441,80

82 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O valor total estimado para a contratação é de R$ 145.441,80 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta centoca

82 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA